

**SERVIZIO QUADRIENNALE DI TARATURA ACCREDITATA DELLE CENTRALINE DI  
MONITORAGGIO E DEI MISURATORI DI CAMPI ELETTROMAGNETICI CON  
RELATIVE SONDE**Gara Simog **8421328**CIG **9065339A64****Art. 1 – Oggetto, durata della fornitura, valore stimato dell'appalto e modalità di esperimento della gara**

La procedura ha per oggetto il servizio di taratura accreditata delle centraline di monitoraggio e dei misuratori di campi elettromagnetici con relative sonde (CPV 79132000-8).

La fornitura avrà durata di 48 mesi dalla stipula del contratto.

L'importo a base d'asta soggetto a ribasso ammonta ad € 46.000,00=

La Procedura verrà esperita mediante Richiesta di Offerta su MEPA aperta a tutti i fornitori iscritti al Bando "Servizi – Servizi di valutazione della conformità".

**Art. 2 - Tipologia e caratteristiche della fornitura**

La fornitura è a lotto unico.

L'elenco dettagliato degli strumenti oggetto di taratura è riportato nel prospetto allegato A alla RdO MEPA.

La richiesta di taratura per le singole apparecchiature verrà effettuata da ARPA tramite posta elettronica, cui dovrà seguire, da parte della Ditta aggiudicataria, la comunicazione del riferimento (n° pratica) di lavorazione.

Gli strumenti, successivamente, saranno spediti da ARPA alla Ditta aggiudicataria tramite corriere espresso e dovranno essere restituiti al mittente entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento presso il laboratorio dell'aggiudicatario.

La restituzione degli strumenti tarati dovrà essere effettuata presso l'indirizzo di una delle sedi ARPA FVG (da concordare).

Tutti gli oneri relativi al trasporto sono posti a carico dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui in occasione della taratura emergano malfunzionamenti della strumentazione che necessitano di una manutenzione straordinaria, l'aggiudicatario invia ad ARPA FVG il dettaglio delle anomalie riscontrate, contestualmente ad un preventivo di spesa.

A seguito di valutazione, ove questa risultasse positiva, ARPA FVG invierà un ordine quale nulla osta ad effettuare l'intervento di manutenzione straordinaria, che sarà poi oggetto di fatturazione separata.

Nel caso invece in cui gli strumenti, inviati per la taratura, risultino malfunzionanti ed irreparabili, essi dovranno essere rispediti tempestivamente ad ARPA FVG senza alcun addebito di spese.

Per le centraline di monitoraggio è richiesta la taratura con la sonda abbinata alla propria stazione o base (allegato A, tabelle 6,7,8).

Per i misuratori di campo portatili è richiesta la taratura in catena: sensore, cavo fibra ottica, ripetitore ottico e misuratore. (Allegato A tabelle 1, 2, 3, 4, 5).

Per i sensori isotropici di campo elettrico e magnetico (mod. EHP50 - allegato A - tabelle 1, 2, 3, 4, 5) non è richiesta la taratura in catena.

Per quanto riguarda la calibrazione della sonda mod. EHP50C (allegato A – tabella 3) è richiesta la taratura LAT per il campo magnetico ed elettrico.

Per le altre sonde mod EHP50A, EHP50E, EHP50C e EHP50 (allegato A – tabelle 1, 2, 4, 5) è richiesta la taratura LAT per il campo magnetico e non LAT (standard) per il campo elettrico.

### **Art.3 - Dettaglio delle attività in relazione al Certificato di Taratura**

Valutazioni minime richieste per sensore isotropico di campo elettrico con ripetitore ottico, fibra ottica e misuratore (per sonde ad alta frequenza) da riportare nel certificato:

#### Misure in frequenza

Al variare della frequenza di generazione all'interno dell'intervallo di funzionamento del sensore devono essere riportati l'intensità del campo elettrico campione, l'intensità media dei valori misurati per il campo elettrico, il fattore di taratura e l'incertezza di misura.

#### Misure di linearità

A frequenza di generazione fissata, al variare dell'intensità del campo elettrico campione devono essere riportati l'intensità media dei valori di campo elettrico misurati, il fattore di taratura e l'incertezza di misura

#### Misure di anisotropia

Per una determinata frequenza di generazione e intensità del campo elettrico campione deve essere calcolato il fattore di anisotropia, con la relativa incertezza di misura

Valutazioni minime richieste per sensore isotropico di campo magnetico con ripetitore ottico, fibra ottica e misuratore da riportare nel certificato:

#### Misure in frequenza

Al variare della frequenza di generazione all'interno dell'intervallo di funzionamento del sensore devono essere riportati l'intensità del campo campione (A/m), l'intensità media dei valori misurati (A/m), il fattore di taratura e l'incertezza di misura.

#### Misure di linearità

A frequenza di generazione fissata, al variare dell'intensità del campo campione (A/m) devono essere riportati l'intensità media dei valori misurati (A/m), il fattore di taratura e l'incertezza di misura

Misure di anisotropia

Per una determinata frequenza di generazione e intensità del campo campione (A/m) deve essere calcolato il fattore di anisotropia, con la relativa incertezza di misura

Valutazioni minime richieste per sensore isotropico di campo elettrico e magnetico (per sonde a bassa frequenza) da riportare nel certificato:

Misure in frequenza per ogni asse (x, y, z) e per tutti gli assi

Al variare della frequenza di generazione all'interno dell'intervallo di funzionamento del sensore devono essere riportati l'induzione magnetica applicata ( $\mu T$ ), l'indicazione media del misuratore di campo ( $\mu T$ ), il fattore di taratura e l'incertezza di misura.

Misure di linearità per ogni asse (x, y, z) e per tutti gli assi

A frequenza di generazione fissata, al variare dell'induzione magnetica applicata ( $\mu T$ ), devono essere riportati l'indicazione media del misuratore di campo ( $\mu T$ ), il fattore di taratura e l'incertezza di misura.

Misure in frequenza di campo elettrico

Per il campo elettrico all'interno dell'intervallo di funzionamento del sensore vanno applicati i fattori di correzione alle varie frequenze (per almeno 7 frequenze) e per diversi valori di intensità di campo (almeno 2)

Valutazioni minime richieste per sensore isotropico di campo magnetico con misuratore (centralina di monitoraggio bassa frequenza) da riportare nel certificato:

Misure in frequenza per ogni asse (x, y, z) e per tutti gli assi

Al variare della frequenza di generazione all'interno dell'intervallo di funzionamento del sensore devono essere riportati l'induzione magnetica applicata ( $\mu T$ ), l'indicazione media del misuratore di campo ( $\mu T$ ), il fattore di taratura e l'incertezza di misura.

Misure di linearità per ogni asse (x, y, z) e per tutti gli assi

A frequenza di generazione fissata, al variare dell'induzione magnetica applicata ( $\mu T$ ), devono essere riportati l'indicazione media del misuratore di campo ( $\mu T$ ), il fattore di taratura e l'incertezza di misura.

Valutazioni minime richieste per sensore isotropico di campo elettrico con misuratore (centralina di monitoraggio alta frequenza) da riportare nel certificato:

Misure in frequenza

Al variare della frequenza di generazione all'interno dell'intervallo di funzionamento del sensore devono essere riportati l'intensità del campo campione (V/m), l'intensità media dei valori misurati (V/m), il fattore di taratura e l'incertezza di misura.

Misure di linearità

A frequenza di generazione fissata, al variare dell'intensità del campo elettrico campione devono essere riportati l'intensità media dei valori misurati (V/m), il fattore di taratura e l'incertezza di misura

Misure di anisotropia

Per una determinata frequenza di generazione e intensità del campo elettrico campione deve essere calcolato il fattore di anisotropia, con la relativa incertezza di misura

Il numero minimo richiesto di misure in frequenza, misure di linearità e di anisotropia distribuite all'interno della portata per le diverse sonde è il seguente:

Modello sonda	Numero minimo di misure in frequenza	Numero minimo di misure di linearità	Numero misura di anisotropia
EP 745	25	8	1
EP 330	15	9	1
EP 408	16	7	1
EP 44 M	21	9	1
EP 183	16	7	1
EP 333	24	9	1
HP 102	13	6	1
HP 032	8	6	1
EP 1B-03	25	8	1
HP 051	6 per ogni asse (x,y,z) e 6 complessiva	6 per ogni asse (x,y,z) e 6 complessiva	non richiesta
HP 1B-01	6 per ogni asse (x,y,z) e 6 complessiva	6 per ogni asse (x,y,z) e 6 complessiva	non richiesta
EHP50A EHP50C EHP50	PER IL CAMPO MAGNETICO: 8 per ogni asse (x,y,z) e 8 complessiva	PER IL CAMPO MAGNETICO 7 per ogni asse (x,y,z) e 7 complessiva	non richiesta
	PER IL CAMPO ELETTRICO: 7 (compreso 50 Hz)	PER IL CAMPO ELETTRICO: 2	non richiesta
EHP 50 E	PER IL CAMPO MAGNETICO: 8 per ogni asse (x,y,z) e 8 complessiva	PER IL CAMPO MAGNETICO 7 per ogni asse (x,y,z) e 7 complessiva	non richiesta
	PER IL CAMPO ELETTRICO: 20 (compreso 50 Hz)	PER IL CAMPO ELETTRICO: 2	non richiesta
EHP 50 C Taratura LAT campo magnetico ed elettrico	PER IL CAMPO MAGNETICO: 8 per ogni asse (x,y,z) e 8 complessiva	PER IL CAMPO MAGNETICO 7 per ogni asse (x,y,z) e 7 complessiva	non richiesta
	PER IL CAMPO ELETTRICO: 4 (compreso 50 Hz)	PER IL CAMPO ELETTRICO: 2	non richiesta

#### Art. 4 - Documentazione per la partecipazione alla gara

La documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovrà essere inserita nelle apposite righe predisposte nel sistema MEPA nelle tre Sezioni:

1) **Documentazione amministrativa:**

- A) DGUE firmato dal sottoscrittore dell'offerta;
- B) Patto di integrità firmato dal sottoscrittore dell'offerta;
- C) PassOE rilasciato dal Sistema AVCPASS e rappresentato dal documento contenente il codice specifico;
- D) Il presente Capitolato firmato elettronicamente per presa visione ed accettazione;

2) **Offerta economica:**

Inserimento nel modulo allegato alla RdO del prezzo di offerta per singola taratura ed il totale dell'offerta, che necessariamente dovrà corrispondere all'offerta economica complessiva generata dal sistema MEPA.

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione della fornitura in oggetto (imballo, trasporto, scarico, spese di fatturazione, consegna al luogo indicato, spese gestione ordine, ecc.), nonché ogni attività si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Eventuali indicazioni di spese accessorie si considereranno come non apposte.

Il costo offerto a taratura dovrà pertanto essere comprensivo di qualunque onere e null'altro potrà essere preteso dall'aggiudicatario.

La Ditta dovrà offrire **tutte le tarature richieste**, pena l'esclusione dalla gara.

I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.

#### Art. 5 - Criterio di aggiudicazione

Aggiudicazione:

L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata con il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, c. 4, D. Lgs. 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, condizionate o equivoche.

Le offerte inoltre non dovranno contenere eccezioni o riserve di qualsiasi natura relativamente alle condizioni di gara.

L'ARPA FVG si riserva la facoltà di non addvenire all'aggiudicazione, sia nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico, sia nel caso in cui nessuna delle offerte risulti congrua.

## Art. 6 - Deposito cauzionale

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs 50/2016, nelle forme di legge, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a conferma dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nonché del risarcimento dei danni e del rimborso spese che l'Agenzia dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione della fornitura.

La mancata costituzione di garanzia definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta escussione.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario, il soggetto garante è obbligato a versare l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, l'Agenzia ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.

La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti vantati da ARPA FVG, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

## Art. 7 - Sistema qualità e controlli del Responsabile dell'esecuzione

L'Agenzia, nell'ambito del sistema di accreditamento UNI EN ISO 17025 ha adottato un sistema di qualificazione dei fornitori che prevede, in fase di esecuzione contrattuale, la valutazione delle forniture, in particolare di quelle che hanno influenza sulla qualità delle prove, delle tarature e sulla realizzazione del prodotto finale.

Le non conformità relative alle forniture costituiranno elementi di valutazione del fornitore. In calce l'estratto della procedura.

La fornitura prevista nel presente capitolato sarà soggetta al controllo da parte dell'Agenzia, che potrà espletare i controlli che riterrà opportuni e necessari al fine di verificarne la conformità.

I controlli verteranno sull'esecuzione delle prestazioni previste nel rispetto delle tempistiche e delle modalità prestabilite.

In caso di esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni, la data del relativo certificato o attestazione di regolare esecuzione varrà come data di accettazione della merce con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili.

Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, capitolato e beni consegnati, o in base alla verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione o in base a prove ed utilizzi successivi, l'Agenzia rilevi una difformità qualitativa (ad esempio bene non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei beni consegnati, invierà una segnalazione scritta al Fornitore contraente attivando le pratiche di reso.

Il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito all'Agenzia il bene non conforme, concordando con l'Agenzia le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare tra le ore 8:30 e le ore 12:30, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

Qualora l'Agenzia non provveda diversamente dandone notizia all'impresa o non decida di risolvere il contratto, l'impresa contraente è tenuta a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei beni effettivamente ordinati, esenti da vizi, difformità o difetti.

### **Art. 8 - Penali**

Fatto salvo quanto previsto dal sistema di qualità, l'Agenzia si riserva l'applicazione delle seguenti penali:

Punti di penalità 1 – Applicazione della penale pari al valore del 10% dei prodotti in contestazione

Punti di Penalità 2– Applicazione della penale pari al valore del 20% dei prodotti in contestazione

Punti di Penalità 4 - Applicazione della penale pari al valore del 30% dei prodotti in contestazione

In ogni caso è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, dovuto al ritardo ed alla non conformità della prestazione resa.

La penalità ed il maggior danno cagionato dall'aggiudicatario saranno trattenuti sulla fattura in pagamento.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell'Agenzia saranno comunicate al soggetto affidatario tramite PEC.

La penale non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'impedimento, debitamente documentato, sia dovuto a forza maggiore o a fatti imputabili all'Agenzia.

### **Art. 9 - Condizioni generali**

Il fornitore nel presentare la propria migliore offerta si impegna ad accettare e rispettare le condizioni di seguito riportate:

- mantenere il prezzo presentato in sede di offerta fisso ed invariato per tutta la durata della fornitura;
- l'offerta dovrà rimanere valida per la durata di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa;
- sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura in oggetto, nonché ogni attività si rendesse necessaria per la fornitura stessa, o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste;
- eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente lettera di invito;
- l'Aggiudicatario risponde pienamente per danni a persone e/o a cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso, o ai suoi dipendenti o incaricati, tenendo al riguardo sollevata ARPA da ogni responsabilità ed onere;
- non sono ammesse interruzioni della fornitura;

- qualora per cause di forza maggiore dovesse verificarsi detta circostanza, il Fornitore, in accordo con l'Agenzia deve sopperire a proprie spese proponendo soluzioni temporanee alternative che garantiscano il regolare espletamento della fornitura;
- qualora la prestazione contrattuale sostitutiva non risultasse idonea a soddisfare le esigenze dell'Agenzia, quest'ultima provvederà all'espletamento della stessa nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al soggetto Aggiudicatario inadempiente il maggior onere sostenuto;
- per cause di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del soggetto Aggiudicatario e che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza presupposta dal presente capitolato;
- l'impresa ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la tutela della salute dei propri lavoratori; in particolare l'impresa aggiudicataria è tenuta, per quanto di sua competenza, alla rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., norme che si intendono a tutti gli effetti parte integrante del presente capitolato;
- l'impresa dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- in particolare esigerà dal proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e dai propri preposti di controllare tale rispetto;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data dell'aggiudicazione definitiva, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ARPA FVG, assumendosene ogni relativa alea.

#### **Art. 10 - Obbligo di comunicazione**

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa.

#### **Art. 11 - Fatturazioni e Modalità di Pagamento**

Le fatture dovranno essere emesse dall'aggiudicatario in forma elettronica (Codice Univoco Ufficio: UFNKDT) e verranno liquidate a mezzo bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di attestazione della conformità della fornitura, nel caso di fattura ricevuta dall'Agenzia in data anteriore alla predetta attestazione, e sempre previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva.

Le fatture dovranno riportare il Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nell'ordine, in caso contrario l'Agenzia non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche, così come previsto dall'art. 25, comma 3 del Decreto-Legge 4 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. Nell'ipotesi di irregolarità formale o sostanziale delle fatture, i termini di pagamento verranno interrotti, previa comunicazione formale all'aggiudicataria.

Il particolare regime di versamento dell'IVA denominato "split payment" trova applicazione per le operazioni rese nei confronti di ARPA FVG.

L'aggiudicatario della fornitura in argomento dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'articolo 3 della L.136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Le transazioni eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituiscono causa di risoluzione del rapporto, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della citata L.136/2010.

### **Art. 12 - Responsabile Unico del Procedimento**

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Alcide Di Vora, titolare di Incarico di Funzione presso la SOC G.R.E.

### **Art. 13 - Contatti del Punto Ordinante e richieste di chiarimento**

Eventuali chiarimenti di carattere amministrativo e tecnico potranno essere richiesti esclusivamente per via telematica attraverso la funzione dedicata del MEPA. I termini entro i quali poter inoltrare le richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel MEPA.

### Sistema qualità: estratto procedura

L'Agenzia, nell'ambito del sistema di accreditamento UNI EN ISO 17025 ha adottato un sistema di qualificazione dei fornitori secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 50/2016. La selezione e valutazione dei fornitori avviene:

- 1) fissando criteri minimi di accesso nelle procedure di gara riferiti a:
  - requisiti di idoneità professionale: operando solo con soggetti iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
  - capacità economica e finanziaria: fatturato complessivo dell'Azienda e del fatturato nel settore specifico oggetto della fornitura;
  - capacità tecniche e professionali valutata con riferimento alla competenza, efficienza, esperienza e affidabilità per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità;
- 2) in fase di esecuzione delle forniture in particolare per i fornitori di lavori, beni e servizi che hanno influenza sulla qualità delle prove, delle tarature e sulla realizzazione del prodotto finale

Le non conformità relative alle forniture costituiranno elementi di valutazione del fornitore.

Nel caso si riscontri una Non Conformità sulla fornitura, tra quelle di seguito riportate, la stessa viene registrata e trattata con la modalità indicate in tabella. In base ad esse viene attribuito un punteggio come di seguito riportato:

TIPOLOGIA	ENTITÀ	PUNTEGGIO
Materiale conforme ma con scadenza inferiore a quella richiesta nell'ordine	LIEVE	1 punto di penalità
Documenti di trasporto che non riportino con precisione tutti i dati richiesti nell'ordine, sede di destinazione della merce	LIEVE	1 punto di penalità
Materiale non conforme all'ordine per qualità o quantità	MEDIA	2 punti di penalità
Materiale consegnato in tempi superiori a quelli previsti nel preventivo.	MEDIA	2 punti di penalità
Scarsa presenza o disponibilità del fornitore durante il periodo di garanzia degli strumenti oppure in presenza di un contratto di assistenza tecnica.	MEDIA	2 punti di penalità
Strumentazioni difettose sin dai primi utilizzi	GRAVE	4 punti di penalità
Mancata risoluzione di non conformità da parte del fornitore	GRAVE	4 punti di penalità

Le Non Conformità rilevate nel corso di un anno vengono registrate e notificate all'operatore economico ogni qualvolta si verificano. Esse comportano, nelle procedure ad invito ed in presenza di più fornitori sul mercato, le seguenti conseguenze:

NUMERO N.C	DISPOSIZIONI		
	LIEVE	MEDIA	GRAVE
1	Si informa l'operatore economico e lo si avvisa delle conseguenze legate ad ulteriori rapporti di non conformità.	Si informa l'operatore economico e lo si avvisa delle conseguenze legate ad ulteriori rapporti di non conformità.	Si informa l'operatore economico <b>che non sarà più contattato per tutto l'anno successivo</b> alla data di comunicazione della Non Conformità.
2	Si informa l'operatore economico e lo si avvisa che verrà sospeso dall'elenco fornitori per <b>tre mesi</b>	Si informa l'operatore economico <b>che non sarà più contattato per tutto l'anno successivo</b> alla data di comunicazione della Non Conformità.	
3	Si informa l'operatore economico e lo si avvisa che verrà sospeso dall'elenco fornitori per <b>sei mesi</b>		
4	Si informa l'operatore economico <b>che non sarà più contattato per tutto l'anno successivo</b> alla data di comunicazione della Non Conformità.		

Nel caso di Non Conformità miste, al raggiungimento dei 4 punti di penalità, l'operatore economico *può non* essere contattato per tutto l'anno successivo alla data di comunicazione dell'ultima Non Conformità.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VISINTIN ROBERTO

CODICE FISCALE: VSNRRT69E24Z133P

DATA FIRMA: 19/01/2022 13:55:18

IMPRONTA: 30F9CC556A7439110665C9DC96E91832D108B730BDCD58F8D012C76313DD184C  
D108B730BDCD58F8D012C76313DD184C857C1C9D786D8B4B1A429C281AFDF47A  
857C1C9D786D8B4B1A429C281AFDF47ADA4519A07B87261FC756DD27D309DD12  
DA4519A07B87261FC756DD27D309DD121E49883024D19D9E12916F79F020F9BC