

PARAMETRI Watch List

Descrizione	Prova (µg/l)	Loq	Acc	Max Loq DEC	Max Loq DEC
				495/15	840/18
Ormoni	17-alfa-Etinilestradiolo	0,00003	✓	0,000035	0,000035
Ormoni	17-beta-Estradiolo	0,0003	✓	0,0004	0,0004
Ormoni	Estrone	0,0003	✓	0,0004	0,0004
Antiossidante	2,6-Ditert-butyl-4-methylphenol	0,5		3,16	NR
Cosmetico Filtro solare	4-metossicinnamato di 2-etilesile	0,1		6	NR
Anti infiammatorio	Diclofenac	0,01		0,01	NR
Antibiotici	Eritromicina	0,005	✓	0,09	0,019
Antibiotici	Claritromicina	0,005	✓	0,09	0,019
Antibiotici	Azitromicina	0,005	✓	0,09	0,019
Insetticida	Methiocarb	0,002	✓	0,01	0,002
Erbicida	Oxadiazon	0,0001		0,088	NR
Erbicida	Tri-allate	0,01		0,67	NR
Neonicotinoidi	Imidacloprid	0,005	✓	0,009	0,0083
Neonicotinoidi	Thiacloprid	0,005	✓	0,009	0,0083
Neonicotinoidi	Thiamethoxam	0,005	✓	0,009	0,0083
Neonicotinoidi	Clothianidin	0,005	✓	0,009	0,0083
Neonicotinoidi	Acetamiprid	0,005	✓	0,009	0,0083
Neonicotinoidi	Metaflumizone	0,025		NR	0,065
Neonicotinoidi	Amoxicillina	0,05	✓	NR	0,078
Neonicotinoidi	Ciprofloxacina	0,05	✓	NR	0,089

Le sostanze sono riportate secondo l'ordine normativo, dove previsto, e non alfabetico.

LEGENDA

NR= non riportato dalla decisione

Loq= limite di quantificazione

ACC= prova accreditata ISO 17025 se spuntata

MAX LOQ = requisiti richiesti dalle decisioni